

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Compur Monitors GmbH & Co.KG
Weißenseestraße 101
D 81539 München

erklärt als Hersteller, daß der

Statox 501 Messkopf Typ 5350 ...

den Schutzzielen folgender Richtlinien entspricht:

1. der EMV-Richtlinie **89/336/EG**
EN 50081-1
EN 55011
EN 50082-2
EN 55024

2. der Explosionschutzrichtlinie **94/9/EG**

EN 50014 : 1997+A1-A2
EN 50020 : 1994

Baumusterprüfbescheinigung: DMT 01 ATEX E 155 X

Benannte Stelle: DMT / 0158

München, 20. März 2003



Dr. H. Schmidt

DECLARATION OF CONFORMITY

Compur Monitors GmbH & Co.KG
Weißenseestraße 101
D 81539 München

as the manufacturer hereby declares, that the

Sensor Head
Statox 501 Type 5350 ...

complies with the essential requirements of the following directives and has been tested according to European standards:

1. Directive **89/336/EC**
EN 50081-1
EN 55011
EN 50082-2
EN 55024

2. Directive **94/9/EC**

EN 50014 : 1997+A1-A2
EN 50020 : 1994

EC Type Examination Certificate: DMT 01 ATEX E 155 X

Notified Body: DMT / 0158

Munich, 03-20-2003



Dr. H. Schmidt